Główny Urząd Miar

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE NR PL 23 002/MI-001

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO PL 23 002/MI-001

Wydany przez:
Issued by:
GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka Notyfikowana
Notified Body
1440

Na podstawie:
In accordance with:
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wdrażającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID)
regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments implementing Directive 2014/32/UE of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instrument

Wydano dla producenta:
Issued to manufacturer:
ECOMESS sp. z o.o., ul. Szczawińska 42c, 95-100 ZGIERZ

Producent:
Manufacturer:
ECOMESS sp. z o.o., ul. Szczawińska 42c, 95-100 ZGIERZ

Dotyczy:
In respect of:
wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny działający na zasadach mechanicznych z liczydłem elektronicznym
water meter single jet, dry dial, working on the mechanical principle with electronic calculator

typ: **iFlux**
*type: **iFlux***

Klasa temperaturowa:
Temperature class:
T30; T50; T70; T90; T30/90

ciągły strumień przepływu Q_3:
Permanent flow rate Q_3:
1,6; 2,5; 4,0 m^3/h

Wartość stosunku Q_2/Q_1:
The ratio Q_2/Q_1:
1,6

Wersja oprogramowania
Sofware wersion
v1.3

Suma kontrolna CRC16
Checksum CRC16
E6D6

Wniosek końcowy:
Final statement:
Wodomierze **iFlux** spełniają wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych oraz w załączniku nr 1 tego rozporządzenia, wdrażającym załącznik III *(MI-001)* dyrektywy 2014/32/UE
*Water meters **iFlux** satisfy the requirements set out in the regulation of the Minister of Economic Development of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments and annex 1 for this regulation, implementing annex III (MI-001) of Directive 2014/32/EU*

Okres ważności:
Period of validity:
Od 28.01.2023 do 28.01.2033
From 28.01.2023 to 28.01.2033

Numer sprawy:
Reference number:
DC-WOZ.4410.21.2022

Liczba stron:
Number of pages:
7

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, są zawarte w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

GŁÓWNY URZĄD MIAR * CENTRAL OFFICE OF MEASURES *

Z up. Prezesa
Głównego Urzędu Miar
Rafał [illegible]
Wiceprezes

Warszawa, 26.01.2023

..Prezes Głównego Urzędu Miar

Niniejszy certyfikat badania typu UE może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.
This EU type examination certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.